

Godkänt: 2026-03-11  
Giltigt t.o.m: 2029-03-11

Ver.nr: 2.0  
Dnr:

## Röntgen shuntöversikt remittent

---

### Dosklass II



Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

### Indikation/frågeställning

- Shuntöversikt
- Shuntinställning

Kontroll av shuntinställning görs oftast framför allt efter MRT-undersökning.

### Kontraindikation

-

### Remissinnehåll

Tecken till shunt dysfunktion. Genomförd MRT.

### Patientförberedelser

-

### Kontrastmedel/läkemedel

-

### Utförande

Vid **shuntöversikt** även bilder över hals-thorax-buk. Viktigt med sidobild över shuntspetsen i buken. Förstorad inblandad bild över shunten vid kontroll av inställt shuntmotstånd.

### Eftervård

-